

## 遵义市播州区人民医院

### 关于购置人体成分分析仪项目的内部竞争性磋商公告

#### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS052

项目名称：购置人体成分分析仪

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS052	人体成分分析仪	1	套	不限
技术参数或服务要求				
序号	产品名称	技术参数或服务要求		
1	人体成分分析仪	<p>1. <b>测试方法：</b>直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA 法），同时多频率生物电阻抗分析法（SMF-BIA），计算方法：不使用经验值估算</p> <p>2. <b>电极方法：</b>4 极 8 点接触式电极。</p> <p>3. <b>测试部位及频率：</b>通过 6 个不同的频率（1 KHZ ， 5 KHZ ， 50KHZ ， 250KHZ ， 500KHZ， 1000KHZ）分别在 5 个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行 30 个电阻抗测量；电抗（Xc）：通过在 5 个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）分别使用 3 个不同的频率（5 KHZ ， 50KHZ ， 250KHZ ）进行 15 钟电抗测量。</p> <p>4. <b>具有多种结果报告：</b>具有儿童及成人多种报告单模板。</p> <p>5. <b>主要测量值：</b></p> <p>5.1 体成分报告纸：人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重），肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪），肥胖分析（身体质量指数、体脂百分比），肌肉均衡（根据理想体重/根据当前体重；右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），细胞外水分比率分析（细胞外水分比率），人体成分测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比、细胞外水分比率），评分，内脏脂肪面积（图解），体型（基于 BMI 和体脂百分比分为：运动员体型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、苗条、隐性肥胖、消瘦型、偏瘦型），体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制），营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪），肥胖评估（BMI、体脂百分比），身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢），节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段水分分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段细胞内水分分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段细胞外水分分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），身体围度（颈围、胸围、腹围、臀围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿），腰臀比（图解），内脏脂肪等级（图解），研究项目（细胞内水分、细胞外水分、骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI、建议的热量摄入），运动热量消耗，结果解析 QR 代码，全身相位角（50kHz），</p>		



生物电阻抗（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），电抗（5kHz、50kHz、250kHz），节段相位角（50kHz：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）。

5.2 儿童报告：人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重），肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪），肥胖分析（身体质量指数、体脂百分比），人体成分测试历史记录（身高、体重、骨骼肌、体脂百分比），成长分数，营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪），肥胖评估（BMI、体脂百分比），身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢），肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段水分分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），研究项目（细胞内水分、细胞外水分、骨骼肌、基础代谢率、儿童肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、去脂体重指数、脂肪量指数），结果解析 QR 代码，全身相位角（50kHz），生物电阻抗（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），电抗（5kHz、50kHz、250kHz），节段相位角（50kHz：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），牙齿发育：提供牙齿发育状态表（0~3岁），生长曲线（根据测量者年龄提供头围、身高、体重、BMI、骨骼肌生长曲线图），身体活动建议：根据测量者年龄提供身体活动，睡眠时间等身体活动建议，膳食建议：提供每日能量推荐量、食物种类表、零食建议。

5.3 体水分报告：身体水分组成（身体水分含量、细胞内水分、细胞外水分），细胞外水分比率分析（细胞外水分比率），节段水分分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段细胞外水分比率分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），身体水分历史记录（体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比率），人体成分分析（蛋白质、无机盐、体脂肪、去脂体重、骨矿物质含量），肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌含量、肌肉量、体脂肪含量），肥胖分析（BMI、体脂百分比），节段细胞内水分分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段细胞外水分分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），研究项目（基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积、肥胖度、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、TBW/FFM、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI），全身相位角（50kHz），生物电阻抗（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），电抗（5kHz、50kHz、250kHz），节段相位角（50kHz：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）

6. 参考标准：中国人标准。

7. 操作语言：中文。

8. 显示屏：≥10 英寸彩色液晶屏；

9. 内部接口：触摸屏、键盘按键

10. 测量体重范围：（≥10~250Kg），测量年龄范围：3~99 岁，测量身高范围：95~220cm

11. 数据存储：通过输入 ID 号可储存结果≥100000 个测试结果。

12. 具有相位角(φ)测量：全身相位角(50kHz)、节段相位角（50kHz：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）

13. 支持 USB 存储设备：可使用 USB 存储设备存储数据或备份全部数据

14. 测试模式：多种模式可选；

15. 配备婴幼儿、小儿测量模块。

16. 测试时间：<1 分钟

### 商务要求：

1、整机保修期：≥2 年；

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

2. **特殊资格要求**：供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证，供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证和二类备案凭证及生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料。

3、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

4、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

5、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；

6、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) **诚信资格要求**：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 18 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、**参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。**

**正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：**

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；



- 5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；
1. 6) 《投标廉洁承诺书》；

#### 四、响应文件递交须知

##### 1、截止时间

2023年12月19日（星期二）09:00时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

##### 2、投响应文件密封方式：档案袋封装

#### 五、开标时间和地点

1、时间：2023年12月19日（星期二）09时00分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrm yy. cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

#### 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

#### 八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 $\geq 3$ 家。

#### 九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2023年12月8日